



Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o. o.
(zwana dalej Beneficjentem lub Zamawiającym)
ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków
tel.: 12 421 34 55, faks: 12 421 34 66
e-mail: sekretariat@cmp.krakow.pl
Internet: www.cmp.krakow.pl

Kraków, 29.11.2018 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 34B/2018/OLSZ

na dostawę/sprzedż wyrobów medycznych

**w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o. o.”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie,
Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0006/18**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie innych produktów z powodu niedostępności na rynku pozycji wymienionych w zapytaniu:

Poz. 5

Przedmiot zamówienia termometr bezdotykowy do czoła - proponowany produkt termometr bezdotykowy do czoła THERMOFLASH WG SPECYFIKACJI bezdotykowy, bezręczowy, elektroniczny, na podczerwień, pomiar na czole zakres pomiaru 32°C – 42.9°C nad prawą tętnicą skroniową, temperatura pomieszczenia, temperatura powierzchni zakres pomiaru 0°C – 60°C

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści produkt o parametrach proponowanych przez Wykonawcę.

Poz. 9

Przedmiot zamówienia tlen inhalacyjny w sprayu 8 l, stężenie tlenu 99,4 %, wyposażony w wygodny ustnik/maskę

Proponowany produkt Tlen inhalacyjny w 8 l stężenie 95 %

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści produktów o parametrach proponowanych przez Wykonawcę.

Poz. 11

Przedmiot zamówienia Spray chłodzący, zamrażacz - sztuczny lód – 200 ml

Proponowany produkt Ice Mix 400 ml spray chłodzący

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści spray chłodzący o parametrach proponowanych przez Wykonawcę.