



**Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o. o.**  
(zwana dalej Beneficjentem lub Zamawiającym)  
ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków  
tel.: 12 421 34 55, faks: 12 421 34 66  
e-mail: sekretariat@cmp.krakow.pl  
Internet: [www.cmp.krakow.pl](http://www.cmp.krakow.pl)

**Kraków, 7.09.2018 r.**

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU

### ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6B/2018/OLSZ

**na dostawę/sprzedż sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego**

*w ramach projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0006/18*

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

**Pytanie nr 1.** Czy Zamawiający w pkt 5. Dopuści taśmę do ćwiczeń o długości 45,5m w rolce z każdego wymaganego koloru ? Taśmy te można samodzielnie przyciąć do żądanej długości. Rozwiązanie takie jest równoważne do wymaganego, przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 2.** Czy Zamawiający w pkt 25. Dopuści:  
Rotor kończyn górnych  
- wymiary (dłxszer): 36,6x27 cm  
Spełniający pozostałe wymagania zamawiającego.

**Pytanie nr 3.** Czy Zamawiający w pkt 32. Dopuści tor gdzie regulacja wysokości poręczy wynosi: 690 mm - 1090 mm. Różnica w stosunku do wymagań zamawiającego jest minimalna i nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia.

**Pytanie nr 4.** Czy Zamawiający w pkt 35. Dopuści:  
Rower stacjonarny o maksymalnej wadze użytkownika 110 kg, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego. Różnica w stosunku do wymagań zamawiającego jest minimalna i nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia.

**Pytanie nr 5.** Czy Zamawiający w pkt 43. Dopuści Stolik do terapii ręki gdzie regulacja wysokości wynosi: 550 mm - 880 mm, a na przyrządach umocowane są obciążniki o

wadze 22 dkg. Różnica w stosunku do wymagań zamawiającego jest minimalna i nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści wszystkie powyższe zmiany/produkty.