



Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o. o.
(zwana dalej Beneficjentem lub Zamawiającym)
ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków
tel.: 12 421 34 55, faks: 12 421 34 66
e-mail: sekretariat@cmp.krakow.pl
Internet: www.cmp.krakow.pl

Kraków, 21.09.2018 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4A/2018/OLSZ

na dostawę/sprzedaż sprzętu medycznego

w ramach projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0006/18

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie 1:

Bardzo proszę, aby Zamawiający określił moc sondy do aparatu do biostymulacji laserowej, ponieważ jest to parametr wpływający na oferowane ceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagana moc sondy – 400 mW/808nm